

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 226/48 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1131

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เข็มตรวจกล้ามเนื้อชนิดโมโนโพลาร์แบบใช้ครั้งเดียว
(Disposable Monopolar Needle Electrode)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับตรวจโรคของกล้ามเนื้อ โดยการใช้เข็มแทงเข้าไป
ในกล้ามเนื้อ สามารถใช้กับเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาทที่หน่วยมีใช้อยู่

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค เป็นเข็มตรวจกล้ามเนื้อมีขั้วนำสัญญาณแบบขั้วเดียว
(Monopolar Needle)

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ตัวเข็มมีลักษณะปลายแหลมทำด้วยโลหะเคลือบด้วย Teflon หรือ ฉนวนไฟฟ้า (Insulator)

1.3.2 ขั้วเข็มออกแบบมีคัมพูเข็มเพื่อสะดวกในการจับ เหมาะกระชับ สะดวกและปลอดภัย

1.3.3 มีสายไฟต่อจากส่วนปลายอีกข้างสามารถเสียบเข้ากับส่วนขยายสัญญาณของเครื่องตรวจคลื่น
ไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท

1.3.4 มีความยาวของเข็มตั้งแต่ 25-75 มิลลิเมตรและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่
0.36 - 0.46 มิลลิเมตร โดยมีสีที่ขั้วจับเพื่อแสดงขนาดของเข็มตามมาตรฐานสากล

1.3.5 ความยาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและสีของขั้วจับจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.6 ขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง ดารณี จินดาพล
(ดารณี จินดาพล)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.สมเกียรติ เหมตะศิल्प
(สมเกียรติ เหมตะศิल्प)

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู กวฟ.ร.ร.6
/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/02 ลง 4 ม.ค.48

4 ม.ค.2548