

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 378/54 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-3380

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เข็มขั้วไฟฟ้าใช้สำหรับใต้ผิวหนัง
(Subdermal Electrode Needle)

หน่วยนับ ชุด/กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้แทงใต้ผิวหนังโดยใช้ร่วมกับเครื่องตรวจการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัด เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อเส้นประสาท

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ส่วนปลายของ Electrode ทำจาก Stainless Steel (Wire) และเคลือบด้วยฉนวน (Insulate)

1.2.2 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว และเป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.2.1 ใน 1 ชุดประกอบด้วย

1.2.1.1 เข็ม Electrode เป็นเข็มคู่ มีความยาวไม่น้อยกว่า 12 มม. และระยะห่างระหว่างเข็มไม่น้อยกว่า 2.5 มม.

1.2.1.2 สาย Ground 1 เส้น

1.2.1.3 สาย Stimulus Return 1 เส้น

1.2.2 มีสี (Color Code) เพื่อสะดวกในการประกอบหรือต่อกับอุปกรณ์อื่นได้ง่ายขึ้น

1.2.3 เข็ม Electrode มีหลายแบบ และหลายขนาดความยาวให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

3.2 แบบและขนาดความยาวของเข็ม จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... พอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจริญทอง)

พ.อ..... พอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ บุตรงามดี)

พ.ต.หญิง..... พยาบาล รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(ดารารัตน์ จันทร์แก้ว)

8 ก.ย. 2554

