

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 017/51

หมายเลข คณ. 6515 - M - 63 - P - 1062

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องรัดห้ามเลือดชนิดใช้แก๊ส
(Gas Tourniquet)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นเครื่องรัดห้ามเลือดใช้สำหรับรัดแขนหรือขา เพื่อห้ามเลือดในขณะผ่าตัด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นเครื่องรัดห้ามเลือดชนิดที่ทำงานด้วยแรงดันลมหรือแก๊ส จากแหล่งจ่ายลมแบบ Tank หรือระบบจ่ายแก๊สส่วนกลาง (Central Pipeline System)

1.2.2 สามารถทนแรงอัดอากาศได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 5 บาร์

1.2.3 สามารถใช้ได้กับปลอกรัดห้ามเลือดชนิด Single Cuff และ ชนิด Double Cuff

1.2.4 มีมาตรวัดแรงดันลม สามารถปรับเพิ่มหรือลดแรงดันลมได้ โดยปรับได้ในช่วง 30 - 650 มม.ปรอท หรือกว้างกว่า

1.2.5 ส่วนหัวต่อ (Adaptor) จะต้องสวมใส่ได้พอดีกับแหล่งจ่ายลมหรือแก๊สที่โรงพยาบาลมีใช้อยู่

1.2.6 ปลอกรัดห้ามเลือด (Cuff) สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้รัดห้ามเลือดในขณะผ่าตัด ชนิดที่ทำงานด้วยแรงดันลมหรือแก๊ส ใน 1 ชุด ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้

1.3.1 เครื่องรัดห้ามเลือด จำนวน 1 เครื่อง

* 1.3.2 ปลอกรัดห้ามเลือด สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ อย่างละ 1 ชุด

1.3.3 สาย Tourniquet Cuff มีความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร จำนวน 1 เส้น

1.3.4 สาย Air Hose มีความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร จำนวน 1 เส้น

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีรถเข็น หรือ Mobile Stand ชนิดมีล้อ สามารถติดตั้งเครื่องรัดห้ามเลือดได้ และเคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมตะกร้าใส่อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

3.2 ต้องเป็นของใหม่ผลิตสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.3 มีเครื่องหมายถาวรหรือสติ๊กเกอร์ของบริษัท แสดงชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดกับเครื่องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

3.4 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุง เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)

3.5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพในด้านการผลิตและความปลอดภัยในการใช้งานจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

เครื่องรัดห้ามเลือดชนิดใช้แก๊ส
(Gas Tourniquet)4. วิธีการตรวจสอบ, ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ./

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุยชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ท..........ประจำแผนก พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(สามารถ ปานเลื่อน)

14 ม.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ./

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ..........นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทมิฬ)

- 4 ก.พ. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้

ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำขึ้นที่ กบ.ทบ.

ที่ต่อ กท 0404/32150 ลง 13 พ.ค. 63