

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 141/53 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2937

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เข็มเจาะเก็บชิ้นเนื้อ
(Biopsy Needle)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับเจาะเก็บชิ้นเนื้อ เพื่อการตรวจวินิจฉัย

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ตัวเข็มทำด้วยโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel) มีความแข็งแรง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ประกอบด้วยตัวเข็มและก้านลวดชนิดปลายแยก

1.3.2 ตัวเข็มเป็นโลหะกลวง ปลายตัดแหลม

1.3.3 มีก้านลวดสำหรับสอดภายในตัวเข็มชนิดปลายแยกเพื่อตัดเก็บชิ้นเนื้อ

1.3.4 ขนาดและความยาวของเข็ม จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้งตามความเหมาะสมของการใช้

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเค็ดตาด็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ชัชวาล บุรณรัช
(ชัชวาล บุรณรัช)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี
(พิสุทธิ บุตรงามดี)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิงพรพรรณ อนุมาศ
(พรพรรณ อนุมาศ)

พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

2 พ.ย.2552

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ. ทยายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0404.13/913 ลง 3 พ.ย.52