

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 273/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1325

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ท่อสวนเส้นเลือด (Vessel cannulae)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับสอดเข้าไปในเส้นเลือดดำหรือแดงที่จะใช้ต่อเข้ากับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ สำหรับฉีดของเหลวหรือเลือดผ่านเข้าไป

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากพลาสติกใส มีลักษณะเป็นท่อกว้างหัวเข็มสำหรับฉีดยา และมีขนาดความยาว 2-3 นิ้ว

1.2.2 ปลายท่อกว้างหัวเข็ม (Blunt tip) ขนาด 3 มิลลิเมตร

1.2.3 มีลิ้นยอมให้ของเหลวผ่านได้ทางเดียวไม่ไหลกลับ (One way valve)

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นท่อพลาสติกลักษณะคล้ายหัวเข็มสำหรับฉีดยา มีลิ้นยอมให้ของเหลวผ่านได้ทางเดียวไม่ไหลกลับ

1.3.2 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3.3 ขนาดบรรจุ 1 อัน ต่อ 1 ชิ้น และจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ. ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ. ชีรฉัตร ศิลารัตน์
(ชีรฉัตร ศิลารัตน์)

ศัลยแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

10 พ.ย.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/1024 ลง 14 พ.ย.48