

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 271/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1323

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ท่อนำน้ำรักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจเข้าทาง โคนหลอดเลือดแดงใหญ่
(Aortic root cardioplegia cannula with vent line)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เป็นท่อให้สารละลายหยุดหัวใจและรักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจเข้าที่ Aortic root ขณะผ่าตัดหัวใจ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นท่อพลาสติกใสและมีสายแยกออกมาด้านข้างพร้อมที่ล็อก (Clamp)

1.2.2 บริเวณปลายท่อเป็นแบบ Standard tip มีคุณสมบัติทึบแสงสามารถมองเห็นได้ชัด

1.2.3 ภายในท่อมีเข็ม Introducer ชนิด Stainless needle เป็นแกนกลางดึงเข้าออกได้

1.2.4 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่างๆกัน คือ 12 ga (9 Fr.) ,14 ga (7 Fr.) ,16 ga(5 Fr.) มีความยาวรวมทั้งหมด 5-6 นิ้ว โดยจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นท่อพลาสติกใสมีสายแยกออกมาด้านข้างพร้อมที่ล็อก และมีเข็ม Introducer needle เป็นแกนกลาง เพื่อสามารถแทงเข้าที่ Aortic root ได้

1.3.2 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3.3 ขนาดบรรจุ 1 เส้น ต่อ 1 ชิ้น และจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ. ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ. ชีรฉัตร ศิลารัตน์
(ชีรฉัตร ศิลารัตน์)

ศัลยแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้