

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 156/46(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6640-XX-256-4994

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เฟอร์ลสำหรับเครื่องจีซี หรือเอชพีแอลซี
(Freeule for GC or HPLC)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เป็นตัวเชื่อมต่อต่างๆในระบบ Chromatography

1.2 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ทำด้วยโลหะที่ไม่เป็นสนิม , Polyimide , กราไฟต์ , เทฟลอน หรืออื่นๆ
ซึ่งจะระบุในการจัดซื้อแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกที่ปลายทั้ง 2 ด้าน ไม่เท่ากัน

1.3.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ จะกำหนดในการจัดซื้อแต่ละครั้ง

1.3.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของปลายทั้งสองด้าน จะระบุในการจัดซื้อแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และของตัวอย่าง

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.สาคร คงมั่น

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(สาคร คงมั่น)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ท.กริชชัย สุทธิ

หน.ผผค.กวก.สวพท.พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(กริชชัย สุทธิ)

.....3...../.....เม.ย...../.....46.....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อनुมติให้ใช้
ตามอนุมติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/248 ลง 3 เม.ย.46