

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 165/50 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-247-1947

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุคซีเมนต์ยึดครอบฟันชนิด กลาสไอโอโนเมอร์
(Glass Ionomer Luting Cement)

หน่วยนับ ชุค

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เป็นวัสดุสำหรับยึดครอบฟันโลหะ ครอบฟันพอซเลนที่มีโครงเป็นโลหะ, ออเนลย์หรืออินเลย์ และ แบนด์จัดฟัน

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ใน 1 ชุคประกอบด้วย

1.2.1.1 ส่วนผง (powder) ประกอบด้วยสารประกอบของแก้ว (glass) เป็นหลักหรือสารอื่นที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่า หรือเทียบเท่า

1.2.1.2 ส่วนน้ำ (liquid) ประกอบด้วยน้ำหรือสารละลายเจือจางของกรดในน้ำเป็นหลัก หรือสารอื่นที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าหรือเทียบเท่า

1.2.2 วัสดุสามารถแข็งตัวได้เอง (self curing) มีระยะเวลาการแข็งตัวที่เหมาะสมกับการใช้งาน

1.2.3 สามารถปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้ในปริมาณสูงและต่อเนื่อง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ชุคซีเมนต์ยึดครอบฟันชนิดกลาสไอโอโนเมอร์ประกอบด้วยส่วนผง มีสารประกอบของแก้ว และส่วนน้ำ หรือสารละลายเจือจางของกรดในน้ำเป็นหลักและแข็งตัวสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสมกับการใช้งาน

1.3.2 ชนิดและขนาดบรรจุ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ

บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานที่ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันส่งของ

3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการอาหารและยาจากกระทรวงสาธารณสุข หรือองค์กรอื่นที่ได้มาตรฐานตามวิชาชีพ

3.3 มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดง ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อที่อยู่ ของบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน

4. วิธีการตรวจสอบ

ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

/ คณะกรรมการ.....

165/50 (พบ.)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง ไศภิชญ์สุดา วีรภิตติ
(ไศภิชญ์สุดา วีรภิตติ)

ทันตแพทย์ รพ.ร.ร.6 / กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

10 ต.ค.2549

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อनुมติให้ใช้
ตามอนุมติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/707 ลง 10 ต.ค.49