

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 235/57 (พบ.)  
 หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-247-4115  
 ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดเรซินอะคริลิกชนิดบ่มด้วยความร้อนสำหรับงานห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม  
 ( Heat Curing Acrylic Resin for Dental and Maxillofacial Laboratory )  
 หน่วยนับ ชุด/ถุง/ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นวัสดุทำชิ้นงานฟันปลอม, งานสิ่งประดิษฐ์ใบหน้า ขากรรไกร (Maxillofacial Prosthesis) และชิ้นงานด้านอื่นๆทางทันตกรรม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นวัสดุชนิดเรซินอะคริลิกชนิดผงผสมน้ำ แข็งตัวด้วยความร้อน

1.2.2 เมื่อแข็งตัวแล้วไม่มีการเปลี่ยนรูป และมีความแข็งแรงเพียงพอสำหรับการใช้งาน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ ใน 1 ชุดประกอบด้วย

1.3.1 ผงโพลีเมอร์ มีลักษณะเป็นผงละเอียด มีสีแตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน

1.3.2 น้ำโมโนเมอร์ มีลักษณะเป็นน้ำใส มีสีแตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของ บริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 การจัดหาทั้งชุดหรือส่วนประกอบในชุดหรือสี จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง


3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ


3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานสากลหรือมีเอกสารอนุญาตให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ.....  ..... ผอ.กกก.พบ./ประธานกรรมการ  
 ( ทักษิณ เจียมทอง )

พ.อ.....  ..... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ  
 ( พิสุทธิ์ บุตรงามดี )

พ.อ.หญิง.....  ..... ทันตแพทย์ รพ.ร.ร.6./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
 ( ไศษริ์ฐ์สุดา วีรจิตติ )

๒๒ ธ.ย ๒๕๖๗

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
 ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กกก.พบ.  
 ที่ กท 0446.13/ 784 ลง ๒6 มิ.ย. 57