คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 132/46(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520 - XX - 248 - 5008

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัสดุตรวจรอยกดเกินของฟันปลอม

(Presure Spot Indicator)

หน่วยนับ ชุด

1. <u>คุณลักษณะเฉพาะ</u>

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ตรวจรอยกดเกินบนด้านที่สัมผัสเนื้อเยื่อของฐานฟันปลอม หรือผิวด้านในของครอบฟัน

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นวัสดุ Silicone

1.2.2 มีเวลาทำงานตั้งแต่เริ่มผสม (manipulating &working time) ไม่น้อยกว่า 2 นาที และ เวลาในการแข็งตัว (final setting) ไม่เกิน 4 นาที

1.2.3 เมื่อเลิกใช้งานสามารถลอกออกทิ้งเป็นแผ่น ทำความสะอาดได้ง่าย

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ บรรจุในหลอดจำนวน 2 หลอด ได้แก่ หลอด base เป็นครีมสีขาวขุ่น และ หลอด catalyst เป็นครีมใส ขนาดบรรจุหลอดละไม่น้อยกว่า 50 ซีซี.

2. <u>การบรรจุและหีบห่อ</u> บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. <u>ข้อกำหนดอื่นๆ</u> มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. <u>วิธีการตรวจสอบ</u> ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาลอกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.สาคร คงมั่น ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(สาคร คงมั่น)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.อ.วิรัช ตระการวิจิตร ประจำ พบ.ชรก.กทต.รพ.รร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้
(วิรัช ตระการวิจิตร)

-------17-------/-----เม.ย.----------/-----46--------

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กห 0446.13/270 ลง 17 เม.ย.46