

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 170/51(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-247-2233

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หัวขัดชนิดซิลิโคน
(Silicone Polisher)

หน่วยนับ ตัว/กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ขัดวัสดุอุดฟันชนิด Amalgam หรือ ชีงงาน โลหะทางทันตกรรม เพื่อให้เกิดความเงางาม

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ส่วนหัวทำด้วย Silicone หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.2 ส่วนก้านทำด้วยเหล็กปลอดสนิมหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.3 สามารถทนทานต่อขบวนการทำให้ปราศจากเชื้อได้ดี

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ส่วนหัว

1.3.1.1 มีหลายรูปทรงขึ้นกับตำแหน่งใช้งาน เช่น Round,Cylinder,Taper,Cone,Inverted Cone, Fissure,Flame,Umbrella,Wheel และอื่นๆ โดยแต่ละรูปทรงมีหลายขนาดให้เลือกใช้

1.3.1.2 หัวขัดมีความละเอียดให้เลือกหลายระดับ โดยระบุเป็นสีต่างๆ

1.3.2 ส่วนก้าน มีลักษณะไม่ลื่นหลุดได้ง่ายขณะใช้งาน แบ่งเป็น 2 ขนาดขึ้นกับการใช้งาน คือ

1.3.2.1 ขนาดก้านสั้น ใช้กับด้ามกรอความเร็วต่ำชนิดหักมุม (Contra Angle Hand Piece)

1.3.2.2 ขนาดก้านยาว ใช้กับด้ามกรอความเร็วต่ำชนิดตรง (Straight Handpiece)

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 รูปทรง ขนาด ความละเอียดของหัวขัด และขนาดของส่วนก้าน จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

- | | |
|--|---|
| (ลงชื่อ) พ.อ.ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย
(ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย) | ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี
(พิสุทธิ บุตรงามดี) | ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.อ.หญิง โสภัญญ์สุดา วีรภิตติ
(โสภัญญ์สุดา วีรภิตติ) | ทันตแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้ |

18 ธ.ค.2550

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/1005 ลง 18 ธ.ค.50