

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 094/57 (พบ.)
 หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-248-3974
 ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือดึงรั้งภายในช่องปาก แบบโปรง
 (Cheek Retractor)
 หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับดึงรั้งเนื้อเยื่อ ใช้ในงานศัลยกรรมช่องปาก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยโลหะปลอดสนิม หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า สามารถทนการกัดกร่อนได้ดี

1.2.2 สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยการแช่น้ำยาฆ่าเชื้อ หรือการนึ่งด้วยความร้อนภายใต้แรงดันไอน้ำ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะเป็นเส้นกลม โปรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนปลายทั้งสองข้างโค้งงอในทิศทางตรงข้ามกัน คล้ายตัวอักษร S โดยส่วนปลายข้างหนึ่ง จะมีความกว้างมากกว่าอีกข้างหนึ่ง

1.3.2 แนวระนาบตามความยาวของเครื่องมือมีลักษณะเป็นระนาบเอียง

1.3.3 มีความยาวรวมของเครื่องมือ ไม่น้อยกว่า 11 เซนติเมตร

1.3.4 ขอบของเครื่องมือเรียบมน ไม่มีความคม ไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อในช่องปาก

1.3.5 มีน้ำหนักเบา สะดวกในการใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ..........ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ์ บุตรงามดี)

พ.อ.หญิง.......... ทันตแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไศภิชฐ์สุตา วีรภักดี)

20 พ.ย. 2556

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
 ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
 ที่ กท 0446.13/...1348... ลง 21 พ.ย. 56.