

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 432/54 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-247-3434

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กระจกส่องปากชนิดสะท้อนด้านหน้ากระจกด้วยการฉาบโรเดียม
(Rhodium Coated Front Surface Mouth Mirror)

หน่วยนับ อัน/กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ส่องตรวจในช่องปาก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวกระจกด้านหนึ่งทำด้วยโลหะปลอดสนิม อีกด้านหนึ่งเป็นกระจกเรียบฉาบหน้าด้วยโรเดียม (Rhodium) เพื่อความสว่างในการมองเห็นและป้องกันการขีดข่วนบนผิว

1.2.2 ก้านกระจกเป็นเกลียวที่สามารถไขเข้ากับด้ามกระจกได้พอดี

1.2.3 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้โดยการแช่น้ำยาหรืออบฆ่าเชื้อ โดย Autoclave โดยผิวไม่ลอกและกระจกไม่สูญเสียความชัดเจนของภาพ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ตัวกระจกรูปร่างกลมแบน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางให้เลือกใช้หลายขนาด ซึ่งจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.2 ก้านกระจกมีความยาวไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ทำมุมกับตัวกระจก 120 – 150 องศา

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานที่ผลิต และไม่เคยใช้งานมาก่อน


3.2 มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดงชื่อผลิตภัณฑ์ที่ด้านหลังของกระจกอย่างชัดเจน


3.3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกระจก จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ.....  ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ทักซิม เจียมทอง)

พ.อ.....  ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(พิสุทธิ์ บุตรงามดี)

พ.ต.หญิง.....  หน. ชุด พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้
(กันตัญญารัชญ์ วรเทพพิพิงษ์)

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้จะมีใช้
ตามบัญชีจก.ทบ.เพื่อซื้อสิ่งอุปกรณ์
ที่ลพ ๐4๔6.13/ 861 ลง ๒๘ ก.ย. ๕๔