

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 361/52 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2876

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขวดรองรับของเสียจากปอด
(Chest Drain Bottle)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นขวดสำหรับรองรับของเสีย เลือด หรืออากาศที่ค้างค้างในช่องเยื่อหุ้มปอด

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากแก้วทนความร้อนสูง

1.2.2 มีจุกยางปิดปากขวดผลิตจากยางทนความร้อนสูง

1.2.3 มีหลอดแก้วผลิตจากแก้วทนความร้อนสูง เพื่อต่อกับสายยางจากผู้ป่วยลงสู่ขวด

1.2.4 สามารถนำไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำได้

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นขวดแก้วใส มีขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ซีซี

1.3.2 มีขีดบอกระดับปริมาตรของเหลวในขวด

1.3.3 ปากขวดมีเส้นผ่าศูนย์กลางหลายขนาด จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.4 จุกยางปิดปากขวดพร้อมหลอดแก้ว มีทั้งชนิด 2 รู หรือ 3 รู

1.3.5 หลอดแก้วมีเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวหลายขนาด จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแก้ตาคี้อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ชัชวาล บุรณรัช (ชัชวาล บุรณรัช)	ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี (พิสุทธิ บุตรงามดี)	ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง อรสา สุขดี (อรสา สุขดี)	ผบ.หน่วยตรวจโรค ปฏิบัติหน้าที่ หน.แผนกเวชบริรักษ์ที่กลาง รพ.ร.ร.6 /กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

22 ก.ย.2552

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0404.13/772 ลง 22 ก.ย.52