

(ลงชื่อ) _____

(ตำแหน่ง) _____

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ ๑๗๖/๓๕

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ -

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เตียงเด็ก มีลูกกรง ๔ ด้าน

หน่วยนับ เตียง

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ ลักษณะทั่วไป เป็นเตียงผู้ป่วยสำหรับเด็ก ทำด้วยเหล็กพ่นสี มีลูกกรงกันรอบทั้ง ๔ ด้าน

๑.๒ ลักษณะเฉพาะ มีดังต่อไปนี้ -

๑.๒.๑ โครงพนักเตียงทำด้วยท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ ๑/๔" หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม.

๑.๒.๒ มีลูกกรงกันรอบ ๔ ด้าน ลูกกรงด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน มีโครงลูกกรงทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑" หนาไม่น้อยกว่า ๑.๐ มม. สามารถเลื่อน ขึ้น-ลงได้

๑.๒.๓ มีลูกกรงทำด้วยท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑/๒"

๑.๒.๔ พนักเตียงทำด้วยไม้อัดยางหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มม.

๑.๒.๕ ขนาดของเตียงไม่น้อยกว่า ๓๐" ยาว ๕๖" สูง ๓๒"

๑.๒.๖ ที่ขาเตียงมีล้อยางชนิดหมุนได้รอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๓" หนาไม่น้อยกว่า ๑ ๑/๔" เป็นล้อแบบมีลูกปืนพวง ทั้งสองด้าน และมีฝาครอบปิด ลูกปืนพวงอีกชั้นหนึ่ง

๑.๒.๗ ส่วนที่เป็นโลหะ ทาสีกันสนิมแล้วพ่นสีเทาหรือสีครีมทับ

๒. การบรรจุหีบห่อ บรรจุในหีบห่อที่มั่นคงแข็งแรง เคลื่อนย้ายได้สะดวก

๓. ข้อกำหนดอื่น ๆ -

๔. วิธีตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะตามรูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

พ.อ. ประธานกรรมการ
(เกียรติ กังวาลไกล)

พ.อ. กรรมการ
(ชวีช สวัสดิภาพ)

พ.อ. กรรมการ
(สรเดช เวชภักดี)