

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 161/37

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์	-
ชื่อสิ่งอุปกรณ์	เตียงทำคลอดชนิดปรับระดับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
หน่วยนับ	ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป

- 1.1.1 เป็นเตียงใช้สำหรับทำคลอด สามารถปรับระดับสูงต่ำ จัดทำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
- 1.1.2 เงินเคลื่อนย้ายได้
- 1.1.3 ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

1.2 ลักษณะเฉพาะ มีคุณลักษณะดังนี้

- 1.2.1 โครงสร้างของเตียงส่วนใหญ่ทำด้วยโลหะเคลือบหรือพ่นสีป้องกันสนิม และมีส่วนประกอบที่ทำด้วยวัสดุอื่นที่เหมาะสมตามความจำเป็น
- 1.2.2 ตัวเตียงแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
 - 1.2.2.1 ส่วนรองรับศีรษะและหลัง
 - 1.2.2.2 ส่วนรองรับเชิงกราน
 - 1.2.2.3 ส่วนรองรับเท้า
- 1.2.3 สามารถปรับระดับสูงต่ำและจัดทำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ควบคุมด้วย Wire remote control ได้ดังนี้
 - 1.2.3.1 ปรับระดับเตียงสูงต่ำได้ในช่วง 90-66 ซม.
 - 1.2.3.2 ปรับจัดทำได้ดังนี้
 - ปรับส่วนรองรับศีรษะและหลังขึ้นลงได้
 - ปรับส่วนรองรับเชิงกรานขึ้นได้
 - ส่วนรองรับเท้าสามารถปรับรองรับเท้าในท่านั่งหรือสอดเก็บได้เตียงขณะทำคลอดได้
- 1.2.4 มีถาดรองรับของเสียชนิดล้อเลื่อน 1 ชุด
- 1.2.5 มีล้อเงินเคลื่อนย้ายได้ทั้งแนวตรงและแนวขวาง และสามารถล็อกให้อยู่กับที่ได้
- 1.2.6 อุปกรณ์ประกอบการใช้งานมีให้อย่างน้อยดังนี้
 - 1.2.6.1 ที่รองรับเข่า (Goepel knee crutches) 1 คู่
 - 1.2.6.2 มือจับสำหรับคนไข้ (Hand grip) 1 คู่
 - 1.2.6.3 เบาะ (Pad) สำหรับรองรับแผ่นหลังและเท้า ทำด้วยวัสดุหุ้มหนังเทียมอย่างดี
 - 1.2.6.4 อุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

2. **การบรรจุและหีบห่อ** บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
3. **ข้อกำหนดอื่นๆ** มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุง เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)
4. **วิธีการตรวจสอบ** ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

.....

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.กอบโชค พัววิไล (กอบโชค พัววิไล)	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) พ.อ.ธวัช สวัสดิ์ทิภาพ (ธวัช สวัสดิ์ทิภาพ)	กรรมการ
(ลงชื่อ) พ.อ.สุรเดช เวชภูติ (สุรเดช เวชภูติ)	กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ให้ใช้ตามอนุมัติ
ผบ.ทบ. ทำยบันที่ กบ.ทบ. ต่อที่ กท
0404/1712/38 ลง 28 ก.พ.38