

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 037/48

หมายเลข คณ. 6530 - M - 63 - P - 0817

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยไฟฟ้า
(Electrical Patient Bed)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยสามารถปรับระดับและทำต่างๆของเตียงได้ด้วยระบบไฟฟ้า และด้วยระบบมือหมุน (Manual).

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- 1.2.1 ขนาดของเตียงกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 200 ซม..
- 1.2.2 โครงสร้างทำด้วยโลหะเคลือบสี มีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 150 กก.,
- 1.2.3 พื้นเตียงมี 4 ตอน ทำด้วยแผ่นโลหะหรือแผ่นพลาสติก ABS ขึ้นรูปและมีรูระบายอากาศ,
- 1.2.4 สามารถปรับท่าของเตียงได้ด้วยชุดควบคุมแบบมือถือมีสายและด้วยระบบมือหมุน (Manual),
- 1.2.5 สามารถปรับท่าต่างๆ ได้ดังนี้.
 - 1.2.5.1 ปรับระดับสูงสุดของพื้นเตียงให้สูงจากพื้นได้ไม่น้อยกว่า 70 ซม.,
 - 1.2.5.2 ปรับระดับต่ำสุดของพื้นเตียงให้สูงจากพื้นได้ไม่เกิน 47 ซม.,
 - 1.2.5.3 สามารถปรับยกระดับหลัง (ศีรษะ) ขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 70 องศา,
 - 1.2.5.4 สามารถปรับยกระดับข้อเข่าได้ไม่น้อยกว่า 45 องศา,
- 1.2.6 มีพนักพิงด้านหัวเตียงและปลายเตียง สามารถถอดออกและใส่เข้าได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย,
- 1.2.7 มีราวกันเตียงด้านข้าง 2 อัน ทำด้วยโลหะหรือพลาสติกฉีดขึ้นรูป,
- 1.2.8 มีช่องสำหรับเสียบเสาแขวนน้ำเกลือไม่น้อยกว่า 4 ช่อง,
- 1.2.9 ล้อเตียงทั้ง 4 ล้อ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12.5 ซม. สามารถล็อกได้ทั้ง 4 ล้อ.

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ


- 1.3.1 เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้าพร้อมที่นอนและหมอน,
- 1.3.2 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์,

2. การบรรจุและหีบห่อ. บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต.

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ต้องมีที่นอนฟองน้ำบุด้วยหนังเทียม หรือที่นอนใยมะพร้าวหุ้มฟองน้ำบุด้วยหนังเทียมขนาดพอดีกับเตียง จำนวน 1 หลัง,
- 3.2 กำหนดความหนาและจำนวนตอนของที่นอนให้เป็นไปตามความต้องการของทางราชการในการจัดหาแต่ละครั้ง,


/3.3 ต้องมีหมอน...


พ.อ.  13 พ.ย. 2562


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยไฟฟ้า
(Electrical Patient Bed)

- 3.3 ต้องมีหมอนหนุนโยสักระยะ จำนวน 1 ใบ,
 - 3.4 ต้องมีเสาสำหรับแขวนน้ำเกลือ ทำด้วยโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel) จำนวน 1 อัน,
 - 3.5 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานผู้ผลิต และไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - 3.6 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุงเป็นภาษาไทย และอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด),
 - 3.7 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัทแสดงชื่อที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์เป็นสติ๊กเกอร์ติดกับเครื่องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน,

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.


พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ปุญชทร ทิพวงษ์)


พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)


พ.อ.หญิง.......... ทน.พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สิริวรรณ สมจินตนา)

13 พ.ย. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(สุพิชัย เจริญวาริกุล)

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกจิจร แสงสว่าง)

พ.อ..........นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทมิห)

28 พ.ย. 2562

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ราชบัณฑิตยสถาน กบ.ทบ.
ที่ต่อ ทท 0404/ 31183 ลง 16 มี.ค. 63