

แบบการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดหาคูภัณฑ์ทางการแพทย์โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ (PRICE PERFORMANCE)

เตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยไฟฟ้า

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. เลขที่ 037/48 หมายเลข 6530-M-63-P-0817

บริษัท/ห้าง/ร้าน.....

ลำดับ	เกณฑ์การประเมินที่ใช้ในการพิจารณา	น้ำหนัก คะแนนเต็ม	เกณฑ์ พิจารณา	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
1	เตียงรองรับน้ำหนักได้	25			
	1.1 เตียงรองรับน้ำหนักได้มากกว่า 200 กก.		25		
	1.2 เตียงรองรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 150 - 200 กก.		15		
	1.3 เตียงรองรับน้ำหนักได้น้อยกว่า 150 กก.		0		
2	พื้นเตียง	25			
	2.1 พื้นเตียงทำด้วยโลหะ		25		
	2.2 พื้นเตียงไม่ได้ทำด้วยแผ่นโลหะ		0		
3	ราวกันเตียง	25			
	3.1 ราวกันเตียงทำด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป		25		
	3.2 ราวกันเตียงไม่ได้ทำด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป		0		
4	การรับประกันสินค้า	25			
	4.1 รับประกันคุณภาพสินค้ารวมอุปกรณ์มอเตอร์และรีโมทมากกว่า 2 ปี		25		
	4.2 รับประกันคุณภาพสินค้ารวมอุปกรณ์มอเตอร์และรีโมท 2 ปี		15		
	4.3 รับประกันคุณภาพสินค้ารวมอุปกรณ์มอเตอร์และรีโมตน้อยกว่า 2 ปี		0		
	คะแนนรวม	100			

หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จะพิจารณาคัดสินโดย

1. ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40
2. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน

พ.ต.หญิง.....ประธานกรรมการ

(พรรณทิวา เศรษฐาน)

ร.อ.หญิง.....กรรมการ

(จิราภา อาจศึก)

ร.อ.หญิง.....กรรมการ

(พัชรินทร์ แผ่นผา)