

แบบการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ (PRICE PERFORMANCE)

เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. เลขที่ 017/31 หมายเลข 6515-M-63-P-1067

บริษัท/ห้าง/ร้าน.....

ลำดับ	เกณฑ์การประเมินที่ใช้ในการพิจารณา	น้ำหนัก คะแนนเต็ม	เกณฑ์ พิจารณา	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
1	ภายในเครื่องมีแบตเตอรี่ ซึ่งจะชาร์จไฟตลอดเวลา หรือแบบอื่นที่ดีกว่า	25			
	1.1 ภายในเครื่องมีแบตเตอรี่ แบบที่ดีกว่า Nickel- Cadmium ซึ่งจะ ชาร์จไฟตลอดเวลา		25		
	1.2 ภายในเครื่องมีแบตเตอรี่ แบบ Nickel- Cadmium ซึ่งจะชาร์จไฟ ตลอดเวลา		15		
2	การรับประกันสินค้า	25			
	2.1 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี		25		
	2.2 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี		20		
	2.3 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี		15		
	2.4 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี		10		
3	มาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System - QMS) สำหรับผู้ผลิตและผู้ให้บริการที่ เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016	25			
	3.1 มีมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System - QMS) สำหรับผู้ผลิตและผู้ให้บริการที่ เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016		25		
	3.2 ไม่มีมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System - QMS) สำหรับผู้ผลิตและผู้ให้บริการที่ เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016		0		
4	มาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ IEC 60601 / IEC 61010	25			
	4.1 มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ทาง การแพทย์ IEC 60601 / IEC 61010		25		
	4.2 ไม่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ทาง การแพทย์ IEC 60601 / IEC 61010		0		
	คะแนนรวม	100			

ลำดับ	เกณฑ์การประเมินที่ใช้ในการพิจารณา	น้ำหนัก คะแนนเต็ม	เกณฑ์ พิจารณา	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
-------	-----------------------------------	----------------------	------------------	-------------	----------

หมายเหตุ

หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จะพิจารณาตัดสินโดย

1. ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40
2. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

พ.ต.หญิง..... น. รุ่งคำประธานกรรมการ

(พรณทิวา เคหะฐาน)

พ.ต.หญิง..... ส.ม. ตรี 180กรรมการ

(สิริยา อารีเอื้อ)

ร.อ.หญิง..... ปิยะชนก หินเธาว์กรรมการ

(ปิยะชนก หินเธาว์)