

แบบการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ (PRICE PERFORMANCE)
 เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจความดันโลหิตแบบวัดภายนอกและความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด
 คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. เลขที่ 141/37 หมายเลข 6515-M-63-P-1652
 บริษัท/ห้าง/ร้าน.....

ลำดับ	เกณฑ์การประเมินที่ใช้ในการพิจารณา	น้ำหนัก คะแนนเต็ม	เกณฑ์ พิจารณา	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
1	การรับประกันสินค้า	20			
	1.1 รับประกันคุณภาพมากกว่า 1 ปี		20		
	1.2 รับประกันคุณภาพ 1 ปี		10		
	1.3 รับประกันคุณภาพน้อยกว่า 1 ปี		0		
2	มาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ สำหรับผู้ผลิตและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์	20			
	2.1 มีมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System - QMS) สำหรับผู้ผลิตและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016		20		
	2.2 ไม่มีมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System - QMS) สำหรับผู้ผลิตและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016		0		
3	มาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์	20			
	3.1 มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ IEC 60601 / IEC 61010		20		
	3.2 ไม่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ IEC 60601 / IEC 61010		0		
4	บริษัทผู้จำหน่ายต้องมีใบแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต	20			
	4.1 บริษัทผู้จำหน่ายมีใบแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต		20		
	4.2 บริษัทผู้จำหน่ายไม่มีใบแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต		0		
5	บริษัทผู้จำหน่ายต้องมีช่างผ่านการอบรมการซ่อมและดูแลเครื่องจากบริษัทผู้ผลิต	20			
	5.1 บริษัทผู้จำหน่ายมีช่างผ่านการอบรมการซ่อมและดูแลเครื่องจากบริษัทผู้ผลิต		20		
	5.2 บริษัทผู้จำหน่ายไม่มีช่างผ่านการอบรมการซ่อมและดูแลเครื่องจากบริษัทผู้ผลิต		0		

หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จะพิจารณาตัดสินโดยใช้

1. ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40
2. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

พต.หญิง.....ชนันนัทธ์ ตียัพเสน.....ประธานกรรมการ

(ชนันนัทธ์ ตียัพเสน)

พต.หญิง.....พรรณทิวา เคหะฐาน.....กรรมการ

(พรรณทิวา เคหะฐาน)

รอ.หญิง.....จุรีรัตน์ ไยเกตุ.....กรรมการ

(จุรีรัตน์ ไยเกตุ)