

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 018/50

หมายเลข คฉ. 6515 - M - 61 - P - 0690

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดรูมีเกลียวแบบเฉพาะส่วน
(Specific Locking Plate)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับตามกระดูกที่แตกหรือหักตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากสแตนเลส หรือไททานเนียม หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

1.2.2 สามารถใช้ได้กับสกรู ชนิดหัวสกรูมีเกลียวและ/หรือไม่มีเกลียวได้

1.2.3 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ มีรูปแบบและขนาดต่างๆ ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ดังนี้

1.3.1 Metaphyseal Plate

1.3.2 Distal Medial Tibial Plate

1.3.3 Proximal Lateral Tibia Plate

1.3.4 Medial High Tibial Plate

1.3.5 Lateral High Tibial Plate

1.3.6 Distal Femur Plate

1.3.7 Lateral Distal Femur Plate

1.3.8 Metaphyseal Distal Medial Humerus Plate

1.3.9 Proximal Humerus Plate

1.3.10 Anterior Thoracolumbar Plate

1.3.11 Cervical Spine Reconstruction Plate

1.3.12 รูปแบบ, ความหนา, ความยาว, ความกว้าง, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรู, ระยะห่างของรู และจำนวนรูของแผ่นโลหะ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต

3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหนังสือรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานได้มาตรฐานสากลจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับรองตามมาตรฐานสากล

ตรวจถูกต้อง

ร.จ.

(ลังสร ยศพิมพ์)

นายทหารประจำ คลังเวชภัณฑ์ กภก.รพ.ค่ายสุรนารี

...../...../.....

/4. วิธีการตรวจสอบ...

- 8 ส.ค. 2561


W-๑๐


ชื่อสิ่งอุปกรณ์


แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดรูมีเกลียวแบบเฉพาะส่วน
(Specific Locking Plate)

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแฉัดตาสลักและทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.


พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ปุญชทร ทิพยวงษ์)


พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ..........ผอ.กอง รพ.ร.๖/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ธไนรัชย์ โชตนฤดี) - 8 ส.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ..........นปก. ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทมิฬ) 22 ส.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำขัณฑ์กฯ กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/.....๓๙๖๐ ลง 11 พ.ค. 61

ตรวจถูกต้อง

ร.อ. 
(สังสรร ยศพิมพ์า)

นายทหารประจำ คลังเวชภัณฑ์ กภก.รพ.ค่ายสุรนารี

...../...../.....