

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.ที่ 171/51 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-247-2234

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นจานตัดแต่งชิ้นงานทางทันตกรรม  
(Carborundum Disc for Dental Use)

หน่วยนับ ชิ้น/กล่อง

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ตัดแต่งฟันปลอมหรือชิ้นงานอื่นๆทางทันตกรรม

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 แผ่นจานทำด้วยกากเพชรบดละเอียด (Carborundum) หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.2 ต้องใช้คู่กับก้านเมนเดรลแบบยาว (Mandrel) ซึ่งทำด้วยเหล็กปลอดสนิมหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะเป็นรูปแผ่นจานบางๆ (Disc)

1.3.2 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและขนาดความหนาหลายขนาดให้เลือกใช้

1.3.3 มีรูตรงกลางจาน สามารถทำให้ยึดติดกับก้านเมนเดรลด้วยการหมุนสกรูและถอดออกจากส่วนก้านด้วยการคลายสกรู

1.3.4 ก้านเมนเดรลใช้กับด้ามกรอความเร็วต่ำชนิดตรง (Straight Handpiece) โดยไม่ลื่นหลุดได้ง่ายขณะใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและขนาดความหนาจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.จิตติภูมิ เอื้ออำนวย

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(จิตติภูมิ เอื้ออำนวย)

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ บุตรงามดี)

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง ไศภิชฐ์สุดา วีรจิตติ

ทันตแพทย์ รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(ไศภิชฐ์สุดา วีรจิตติ)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/1005 ลง 18 ธ.ค.50

18 ธ.ค.2550