

แบบการพิจารณามลการจัจัดซื้อจัดหาคูรภัณฑ์ทางการแพทยโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ (PRICE PERFORMANCE)

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง ชนิดไม่น้อยกว่า 40 ช่องสัญญาณ แบบเคลื่อนที่ได้ พร้อมระบบวิดิทัศน์

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. เลขที่ 068/53 หมายเลข 6515-M-63-P-0107

บริษัท/ห้าง/ร้าน.....


ลำดับ	เกณฑ์การประเมินที่ใช้พิจารณา	น้ำหนักคะแนนเต็ม	เกณฑ์พิจารณา	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
1.	มีอัตราการรับสัญญาณ (Digitization Rates) ข้อ 1.2.1.2	30			
	1.1 มีอัตราการรับสัญญาณ (Digitization Rates) ได้มากกว่า 4000 Hz ต่อช่องสัญญาณ		30		
	1.2 มีอัตราการรับสัญญาณ (Digitization Rates) 2001-4000 Hz ต่อช่องสัญญาณ		10		
	1.3 มีอัตราการรับสัญญาณ (Digitization Rates) 1000-2000Hz ต่อช่องสัญญาณ		5		
2.	สามารถรับสัญญาณแบบ EEG ชนิด Unipolar โดยมีคุณสมบัติอย่าง น้อยดังนี้ ข้อ1.2.1.1	30			
	2.1 สามารถรับสัญญาณแบบ EEG ชนิด Unipolar ได้ไม่น้อยกว่า 60 ช่องสัญญาณ		30		
	2.2.สามารถช่องรับสัญญาณแบบ EEG ชนิด Unipolar ได้ 40-59 ช่องสัญญาณ		15		
3.	มีความสามารถในการเปลี่ยนสัญญาณ Analogue เป็น Digital (Signal Dynamic Range)โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ ข้อ 1.2.1.3	25			
	3.1 มีความสามารถในการเปลี่ยนสัญญาณ Analogue เป็น Digital โดยมีความละเอียดมากกว่า 22 bit		25		
	3.2 มีความสามารถในการเปลี่ยนสัญญาณ Analogue เป็น Digital โดยมีความละเอียด 22 bit		10		
4.	รองรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ข้อ 1.2.1.6	10			
	4.1 รองรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยระบบที่ดีกว่า USB คือ Network WiFi - Ethernet (LAN) และ Bluetooth ได้		10		
	4.2 รองรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยระบบที่ดีกว่า USB คือ Network WiFi - Ethernet (LAN) หรือ Bluetooth ได		7		
	4.3 รองรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ Universal Serial Bus (USB) เพียงอย่างเดียว		5		


5.	ผลิตภัณฑ์ที่มีบริการหลังการขายโดยการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ดังนี้	5			
	5.1 ผลิตภัณฑ์ที่รับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 3 ปี		5		
	5.2 ผลิตภัณฑ์ที่รับประกันคุณภาพ น้อยกว่า 3 ปี		2		
	4.3 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการรับประกันคุณภาพ		0		


หมายเหตุ

หลักเกณฑ์พิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จะพิจารณาตัดสินโดยใช้

1. ราคาที่บริษัทเสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40
2. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

พ.ท..........ประธานกรรมการ
(ปิยวัฒน์ ฉลาดสกุล)

พ.ต.หญิง..........กรรมการ
(ชนิษฐา ปิยะชาติ)

ร.อ.หญิง..........กรรมการ
(จิราภา อาจสีก)